


Le dosage direct :



La réaction chimique entre l'espèce à doser et la solution titrante doit être RAPIDE, TOTALE et SPECIFIQUE de l'ESPECE A DOSER. Il est nécessaire de pouvoir détecter de façon PRECISE LE PASSAGE A L'EQUIVALENCE à l'aide d'indicateurs colorés ou d'indicateurs de fin de réaction astucieusement choisis ou à l'aide d'appareils de mesure. Cette détection peut se faire soit au cours du dosage, soit a posteriori (par exemple avec l'analyse d'une courbe relevée tout au long de la manipulation).